

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «09» августа 2021 г. № 1699

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальном волноводе сечением 7,0/3,04 мм с соединителем типа N в диапазоне частот от 0,01 до 18 ГГц	Набор мер коэффициентов передачи и отражения 85054В, зав. № МУ39200394 включающий: • нагрузка согласованная Load (M), зав. № 50749; • нагрузка согласованная Load (M), зав.	2.7.ABX.0006.2021	12	ПрС- 2.7.ABX.0006.2021	ООО «Кейсайт Текнолоджиз», 7705556495

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		№ 50304; • нагрузка согласованная Sliding Load (M), зав. № 6078; • нагрузка короткозамкнутая Short (M), зав. № 51399; • нагрузка холостого хода Open (M), зав. № 51552; • нагрузка согласованная Load (F), зав. № 50373; • нагрузка согласованная Sliding Load (F), зав. № 51187; • нагрузка согласованная Sliding Load (F), зав. № 6055; • нагрузка короткозамкнутая Short (F), зав. № 51242; • нагрузка холостого хода Open (F), зав. № 51213;				
--	--	--	--	--	--	--

		• переход измерительный коаксиальный М-М, зав. № 82953; • переход измерительный коаксиальный F-F, зав. № 82356.				
--	--	--	--	--	--	--