

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» августа 2021 г. № 1719

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 60 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 60 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 60 м ³ /ч	Установка поверочная ВПУ-Энерго-0060-ВУ- ОР, зав. № 0050.18.03 включающая: • весовое устройство ВУ-0,015Т, НПВ 15 кг, зав. №050.12.18.03; • весовое устройство ВУ-0,6Т, НПВ 500 кг, зав. №050.22.18.03; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 4300С, DN10, зав. №R18611231;	3.1.ZБИ.0902.2021	12	ПрС- 3.1.ZБИ.0902.2021	ФБУ «Волгоградский ЦСМ», ИНН 3443013406

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300C, DN25, зав. №R18611233; • расходомер электромагнитный OPTIFLUX 2300C, DN50, зав. №R18611234				
--	--	---	--	--	--	--