

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» августа 2021 г. № 1721

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 300 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,25 до 300 т/ч (м ³ /ч)	Установка передвижная «АМЕТИСТ F-300М», зав. № 003, включающая: • Расходомер массовый Promass 500, DN25, зав. № P30E8E02000; • Расходомер массовый Promass 500, DN50, зав. № P8102F02000; • Расходомер массовый Promass 500, DN100 зав. № P3065E02000.	3.7.АДУ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДУ.0001.2021	ООО «АСУ Метрология сервис», ИНН 7203320633

¹ МАИ – межаттестационный интервал