

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «10» августа 2021 г. № 1724

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальном волноводе сечением 2,4/1,04 мм в диапазоне частот от 0,01 до 50 ГГц	Набор мер коэффициентов передачи и отражения, тип 85056А, вкл: • Нагрузка согласованная Load (M) № 51855, зав. № MY44300390; • Нагрузка согласованная Sliding Load (M) № 50205, зав. № MY44300390; • Нагрузка короткозамкнутая Short (M) № 52054,	2.7.ABX.0008.2021	12	ПрС- 2.7.ABX.0008.2021	ООО «Кейсайт Текнолоджиз», ИНН 7705556495

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		зав. № МУ44300390; • Нагрузка холостого хода Open (M) № 53439, зав. № МУ44300390; • Нагрузка согласованная Load (F) № 50629, зав. № МУ44300390; • Нагрузка согласованная Sliding Load (F) № 50405, зав. № МУ44300390; • Нагрузка короткозамкнутая Short (F) № 51260, зав. № МУ44300390; • Нагрузка холостого хода Open (F) № 52055, зав. № МУ44300390; • Переход измерительный коаксиальный M-M № 62426, зав. № МУ44300390; • Переход измерительный коаксиальный F-M № 63333, зав. № МУ44300390; • Переход измерительный коаксиальный F-F				
--	--	--	--	--	--	--

		№ 23087, заб. № MY44300390				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--