

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» августа 2021 г. № 1756

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы волнового сопротивления в коаксиальных волноводах номинального значения 50 Ом в области измерений комплексного коэффициента отражения и комплексного коэффициента передачи в диапазоне частот (0-26,5) ГГц	Набор мер коэффициентов передачи и отражения в коаксиальном тракте с соединителями типа N 85055A, зав. № 2815A00934, включающий: • аттенюатор 20 дБ, зав. № 01232; • аттенюатор 50	2.1.ZBH.2908.2021	12	ПрС- 2.1.ZBH.2908.2021	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		дБ, зав. № 01123; • отрезок воздушной линии 50 Ом, зав. № 01515; • отрезок воздушной линии 25 Ом, зав. № 01275; Набор мер коэффициентов передачи и отражения в коаксиальном тракте с соединителем типа 3,5 мм 85053В, зав. № 2815А01996, включающий: • аттенюатор 20 дБ, зав. № 03256; • аттенюатор 40 дБ, зав. № 03187; • отрезок воздушной линии 50 Ом, зав. № 02470; • отрезок воздушной				
--	--	---	--	--	--	--

		линии 25 Ом, зав. № 02118.				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--