

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» августа 2021 г. № 1757

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц комплексных коэффициентов отражения в коаксиальном волноводе с соединителем типа N в диапазоне частот от 0,01 до 18 ГГц	Набор мер коэффициентов отражения 85052F, зав. № МУ41496058 включающий: • нагрузка согласованная Load (M), зав. № 55090; • нагрузка короткозамкнутая Short (M), зав. № 51271;	2.7.ABX.0007.2021	12	ПрС- 2.7.ABX.0007.2021	ООО «Кейсайт Текнолоджиз», 7705556495

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• нагрузка холостого хода Open (M), зав. № 52544; • нагрузка согласованная Load (F), зав. № 55211; • нагрузка короткозамкнутая Short (F), зав. № 50910; • нагрузка холостого хода Open (F), зав. № 51055.				
--	--	--	--	--	--	--