

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» августа 2021 г. № 1766

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 4 разряда единицы электрического сопротивления постоянного тока в диапазоне значений от 100 Ом до 100 ГОм	Набор мер электрического сопротивления постоянного тока 16353А, зав. № JP49320111 включающий: • мера электрического сопротивления номинального значения 100 Ом В1530- 61022, зав. № JP49320111/1;	3.7.ABX.0010.2021	12	ПрС- 3.7.ABX.0010.2021	ООО «Кейсайт Текнолджиз», 7705556495

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• мера электрического сопротивления номинального значения 1 кОм В1530-61023, зав. № JP49320111/2; • мера электрического сопротивления номинального значения 10 кОм В1530-61024, зав. № JP49320111/3; • мера электрического сопротивления номинального значения 100 кОм 16353В, зав. № JP49320111/4; • мера электрического сопротивления номинального значения 1 МОм 16353С, зав. № JP49320111/5; • мера электрического				
--	--	--	--	--	--	--

		сопротивления номинального значения 10 МОм 16353D, зав. № JP49320111/6; • мера электрического сопротивления номинального значения 100 кОм 16353E, зав. № JP49320111/7; • мера электрического сопротивления номинального значения 1 ГОм 16353F, зав. № JP49320111/8; • мера электрического сопротивления номинального значения 10 ГОм 16353G, зав. № JP49320111/9; • мера электрического сопротивления номинального				
--	--	--	--	--	--	--

		значения 100 ГОм 16353Н, зав. № JP49320111/10.				
--	--	---	--	--	--	--