

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» сентября 2021 г. № 1917

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 0,33 до 800 м ³ /ч	Установка поверочная газовая УПГ-800, зав. № 1 включающая: • набор критических сопел, зав. № 01-16 – 12-16; • термопреобразователь сопротивления ТС-Б-У, зав. № 171312; • датчик давления Метран-150, зав. №	3.7.АБЕ.0004.2021	24	ПрС- 3.7.АБЕ.0004.2021	АО «ИПФ «СибНА», 7203069360

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		1184261; • датчик давления ЭНИ-100, зав. № 0006478; • датчик абсолютного давления ЭНИ-100, зав. № 0005359; • термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 1904.				
--	--	---	--	--	--	--