

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» сентября 2021 г. № 1918

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 2,5 до 1600 м ³ /ч	Установка поверочная газовая УПГ-1600, зав. № 06 включающая: • набор критических сопел, зав. № 20-16 – 30-16; • термопреобразователь сопротивления ТСПУ 0304, зав. № 12-1665; • датчик давления Метран-150, зав. №	3.7.АБЕ.0005.2021	24	ПрС- 3.7.АБЕ.0005.2021	АО «ИПФ «СибНА», 7203069360

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		904518; • датчик давления Метран-150, зав. № 904519; • датчик давления ЭНИ-100, зав. № 0006479; • термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 4С03.				
--	--	--	--	--	--	--