

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» сентября 2021 г. № 1919

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы силы 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 50000 Н	• Динамометр образцовый второго разряда (стационарный) ДО-2-5, зав. № 9; • Набор мер силы тяжести (1Н-50Н), зав. № 05.	3.1.ЗБМ.1102.2021	24	ПрС- 3.1.ЗБМ.1102.2021	ФБУ «Воронежский ЦСМ», 3664009359

¹ МАИ – межаттестационный интервал