

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» сентября 2021 г. № 1933

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,001 до 3,4 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 400 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная автоматизированная УПА-1200, зав. № 001 включающая: • весы платформенные РВК989-АВ30, зав. № В636995525; • весы платформенные РФК988-С300, зав. № В637018764; • Весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных	2.7.АДЧ.0002.2021	12	ПрС- 2.7.АДЧ.0002.2021	ООО «НМОП», ИНН 1658111791

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		Mettler-Toledo, SLB615D, заб. № 7285298259/ 728533B801/ 7285298436/ 7285298434				
--	--	---	--	--	--	--