

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» сентября 2021 г. № 1934

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 1,55 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 200 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 280 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 280 м ³ /ч	Установка поверочная Тайфун, зав. № 028 включающая: • весы неавтоматического действия GP-40K, зав. № 14731603; • весы неавтоматического действия HW-200KV-WP, зав. № N1804081; • весы платформенные	3.7.АДЮ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АДЮ.0001.2021	ООО «АТЭК-сервис», ИНН 2310217409

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		электронные ВП, модификации ВПП- 1-1, зав. № 61935, 62020; •расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300, DN6, зав. № A21022740; •расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300, DN25, зав. № A21022735; •расходомер электромагнитный OPTIFLUX 5300, DN100, зав. № A21020059				
--	--	--	--	--	--	--