

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03» сентября 2021 г. № 1944

Сведения
об утвержденном типе средств измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Преобразователи давления	ТП-140Д, ТП- 140Д(М)	69007-17	ООО НПП «Петролайн-А» Татарстан, Тукаевский р-н, дер.Малая Шильна	3 года	ООО НПП «Петролайн-А» Татарстан, Тукаевский р-н, дер.Малая Шильна	ФГУП "ВНИИМС" г. Москва