

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «09» сентября 2021 г. № 1996

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы длины в области измерений уровня жидкости и сыпучих материалов 1 разряда в диапазоне значений от 0 до 20 м	Установка уровнемерная эталонная УУЭ1р-Н-20, зав. № 01	3.1.ZZB.0401.2021	12	ПрС- 3.1.ZZB.0401.2021	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), ИНН 7809022120

¹ МАИ – межаттестационный интервал