

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» сентября 2021 г. № 2015

Сведения
об утвержденном типе средства измерений, подлежащие изменению
в части сведений об интервале между поверками

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Регистрационный номер в ФИФ	Правообладатель	Устанавливаемый интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Преобразователи измерительные серии	iTEMP TMT	57947-19	Фирма Endress+Hau ser Wetzer GmbH+Co.K G, Германия	5 лет – для преобразователей TMT71, TMT72, TMT82, TMT112, TMT122, TMT142, TMT142B, TMT162, TMT182; 3 года – для преобразователей TMT80, TMT111, TMT121, TMT127, TMT128, TMT180, TMT181, TMT187, TMT188	Фирма Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Германия	ФГУП «ВНИИМС», г. Москва