

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» сентября 2021 г. № 2034

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 1-го разряда единицы оптической плотности в проходящем свете в диапазоне от 0,150 до 5,200 Б	• Набор мер оптической плотности, зав. № 6901213; • Набор мер оптической плотности, зав. № 138.	3.1.ЗБН.2909.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБН.2909.2021	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», 5262006584