

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» сентября 2021 г. № 2040

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальном волноводе сечением 7,0/3,04 мм с соединителем типа N в диапазоне частот от 0,01 до 18 ГГц	Набор мер коэффициентов передачи и отражения 85054В, зав. № 3106A02268 включающий: • нагрузка согласованная Load (M), зав. № 51366; • нагрузка согласованная Load (M), зав. № 50858; • нагрузка согласованная	2.7.ABX.0002.2021	12	ПрС- 2.7.ABX.0002.2021	ООО «Кейсайт Текнолоджиз», 7705556495

		Sliding Load (M), зав. № 8655; • нагрузка короткозамкнутая Short (M), зав. № 52183; • нагрузка холостого хода Open (M), зав. № 52071; • нагрузка согласованная Load (F), зав. № 51871; • нагрузка согласованная Load (F), зав. № 50939; • нагрузка согласованная Sliding Load (F), зав. № 8587; • нагрузка короткозамкнутая Short (F), зав. № 52270; • нагрузка холостого хода Open (F), зав. № 52141; • переход измерительный коаксиальный				
--	--	---	--	--	--	--

		М-М, зав. № 99980; • переход измерительный коаксиальный F-F, зав. № 96034.				
--	--	--	--	--	--	--