

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «23» сентября 2021 г. № 2095

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 99,9 %	Установка для поверки влагомеров нефти УПВ- М-100-Р-050, зав. № 17 включающая: - титратор автоматический 870 Titrino plus, зав. № 1870001008313; - влагомер эталонный лабораторный товарной нефти ЭУДВН-1л, зав. № 965-28; - весы лабораторные	3.7.АГО.0005.2021	48	ПрС- 3.7.АГО.0005.2021	ООО «Газпромнефть- Автоматизация», 8905032469

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		электронные СЕ, мод. СЕ224-С, зав. № 38425032; • измеритель плотности жидкости вибрационный ВИП-2МР, зав. № 850022; • весы лабораторные электронные СЕ 6202-С, зав. № 390225055; • термопреобразователь сопротивления ДТС, зав. № 30982200744284826; • измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Щ2.У.Р, зав. № 40835190732284668.					
--	--	--	--	--	--	--	--