

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» сентября 2021 г. № 2125

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы звукового давления в воздушной среде с номинальными значениями 1 и 10 Па	• Калибратор акустический 4231, зав. № 3017412; • Калибратор акустический универсальный 4226, зав. № 3215302; • Генератор сигналов произвольной формы 33220А, зав. № МУ44062229; • Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений DS360, зав. № 123694; • Мультиметр 3458А, зав. № МУ45053382;	3.1.ЗБМ.1104.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБМ.1104. 2021	ФБУ «Воронежский ЦСМ», ИНН 3664009359

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Усилитель электростатических возбудителей 14АА, зав. № 199538; • Электростатический возбудитель RA0015, зав. № б/н; • Электростатический возбудитель RA0014, зав. № б/н; Вспомогательные устройства: • Калибратор-измеритель нелинейных искажений СК6-20А, зав. № 0151; • Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав. № 4905; • Эквивалент капсуля микрофона ЭКМ-101, зав. № б/н; • Безэховая камера 4232, зав. № б/н; • Усилитель мощности 2735, зав. № б/н; • Звукоизолированная камера SVAN-400, зав. № б/н; • Адаптер для соединения шумомера «ОКТАВА-101А» с генератором, зав. № б/н; • Кабель для соединения шумомера «SVAN945» с генератором, зав. № б/н; • Делитель 1:100 600 Ом, зав. № б/н; • Модуль ввода-вывода RS232 2-х канальной, зав. № б/н; • Технический ноутбук, зав. № б/н.				
--	--	--	--	--	--	--