

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» сентября 2021 г. № 2135

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от минус 50 °С до плюс 100 °С	• Источник теплового потока (излучатель) в виде модели абсолютно черного тела АЧТ-2, зав. № 054; • Термостат переливной прецизионный ТПП-1.3, зав. № 975; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСРВ-1, зав. № 918; • Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15, зав. № 332.	3.1.ZBШ.0302.2021	12	ПрС- 3.1.ZBШ.0302.2021	ФБУ «Тамбовский ЦСМ», 6833002042

¹ МАИ – межаттестационный интервал