

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «5» октября 2021 г. № 2185.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,08 до 15 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 5 до 15 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная УПР-60, зав. № 01, включающая: • Расходомер-счетчик массовый MASSFLO, мод. MASS 2100/3000, зав. № 192303N029/083H0041.	3.7.АЕД.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЕД.0001.2021	ООО «ТЕХНЭС ТМ», 8904071271

¹ МАИ – межаттестационный интервал