

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «5» октября 2021 г. № 2188.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3-го разряда в диапазоне значений от 5900 до 6200 м/с на частоте 5 МГц и единицы длины 4-го разряда в диапазоне значений от 1 до 195 мм на частотах 5 МГц и 10 МГц	Комплект мер дефектов КМД-4- 0-X, зав. № 131	3.1.ЗБЧ.1310.2021	36	ПрС- 3.1.ЗБЧ.1310.2021	ФБУ «Кузбасский ЦСМ», 4207007095