

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «5» октября 2021 г. № 2196.

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона единицы<br>величины и его обязательные и<br>метрологические требования<br>(характеристики)                        | Состав эталона                                                                                                                                                                                                                                         | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                       | 4                            |                                       | 5                                                                                                                       |
| 1        | Государственный рабочий эталон<br>3 разряда единицы угла вращения<br>плоскости поляризации в диапазоне<br>значений от минус 41° до 41° | Комплект пластин<br>поляризметрических<br>ПП-110, зав. № 10,<br>вкл. комплект<br>кварцевых<br>поляризметрических<br>пластин с<br>заводскими<br>номерами 10-01,<br>10-02, 10-03, 10-04,<br>10-05, 10-06, 10-07,<br>10-08, 10-09, 10-10,<br>10-11, 10-12 | 3.1.ZTT.0019.2021                                       | 60                           | ПрС-<br>3.1.ZTT.0019.2021             | Орехово-Зуевский<br>филиал<br>ФБУ «Ростест-Москва»,<br>ИНН 7727061249                                                   |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал