

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «06» октября 2021 г. № 2209.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 2,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 250 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 250 т (м ³), единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 250 т/ч (м ³ /ч), единиц массового и объемного расходов жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,01 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная Эрмитаж-А-ВУ- С-ОР-250-0250- 090-В-Ч-1-0, зав. № 10.19.100, вкл.: • Весовое устройство ВУ- 0,015Т, НПВ 15 кг, зав. № 10.19.100.01; • Весовое устройство ВУ- 2,5Т, НПВ 2500 кг, зав.	3.7.АБЛ.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АБЛ.0002.2021	ООО «Центр приборного контроля», ИНН 4824063415

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		№ 10.19.100.02; ● Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 4300C, DN2.5, зав. № R19612205; ● Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР ОС-010, DN10, зав. № 1601388; ● Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР ОФ-032, DN32, зав. № 1601237; ● Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР ОФ-100, DN100, зав. № 1601232				
--	--	--	--	--	--	--