

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от « 06 » октября 2021 г. № 2213.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 52 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 52 м ³ /ч	Установка поверочная жидкостная УПЖ-50, зав. № 01, включающая: • Расходомер-счетчик массовый «SITRANS F C», MASS 2100/ MASS 6000, зав. № 7ME410591403N362/098224H252; • Расходомер-счетчик массовый «SITRANS F C», MASS 2100/ MASS 6000, зав. № 7ME410592403N362/085924H232	3.7.АЕН.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЕН.0001.2021	ООО «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ», ИНН 2320227766

¹ МАИ – межаттестационный интервал