

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» октября 2021 г. № 2227.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,009 до 200 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 200 м ³ /ч	Установка поверочная УП250, зав. № 01 включающая: - расходомер электромагнитный PROMAG A, DN4, зав. № 3X 559041; - расходомер электромагнитный PROMAG A, DN8, зав. № 45 611807; - расходомер электромагнитный PROMAG F, DN32, зав. № 5T 639014; - расходомер электромагнитный PROMAG F, DN150, зав. № 5V 639429	3.7.АЕП.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЕП.0001.2021	ООО «Стек», ИНН 5016002108

¹ МАИ – межаттестационный интервал