

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «08» октября 2021 г. № 2228.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 30 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,015 до 30 м ³ /ч	Установка поверочная Алтай-30, зав. № 01, включающая: - расходомер электромагнитный Promag 5H5B04, DN4, зав. № R4309A19000; - расходомер электромагнитный Promag 53H8, DN8, зав. № 3B0D3F91000; - расходомер электромагнитный Promag 53H22, DN25, зав. № 3B0B4B91000	3.1.ZAT.0396.2021	12	ПрС- 3.1.ZAT.0396.2021	ФБУ «Алтайский ЦСМ, ИНН 2224002819

¹ МАИ – межаттестационный интервал