

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» октября 2021 г. № 2250.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема и массы жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,004 до 0,6 м ³ (т); объемного и массового расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 100 м ³ /ч (т/ч); объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 100 м ³ ; объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 100 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УПРС, УПРС-100/1, зав. № 044	3.1.ZAP.0801.2021	12	ПрС- 3.1.ZAP.0801.2021	ФБУ «Чувашский ЦСМ», ИНН 2129017420

¹ МАИ – межаттестационный интервал