

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от « 11 » октября 2021 г. № 2251.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 3 разряда единицы угла вращения плоскости поляризации с номинальными значениями минус 15°, 16°, 24°, 40°	Набор образцовых кварцевых поляризметрических пластин с заводскими номерами 84-719, 83-1787, 84-745 и 84-881.	3.1.ZBY.1100.2021	60	ПрС- 3.1.ZBY.1100.2021	ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», 6453010343

¹ МАИ – межаттестационный интервал