

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» октября 2021 г. № 2271.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Исходный эталон единицы деформации в диапазоне значений от минус 5000 до 5000 млн ⁻¹	Установка эталонная для воспроизведения деформации, зав. № 01 включающая: • Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые, 0,5- 100 мм, зав. № 9603; • Пластина плоская стеклянная, ПИ 120, зав. № 5883	3.1.ZZB.0402.2021	12	ПрС- 3.1.ZZB.0402.2021	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ИНН 7809022120

¹ МАИ – межаттестационный интервал