

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» октября 2021 г. № 2272.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Государственный рабочий эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне 0,2 до 300 мм и единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда в диапазоне значений от 4000 до 6500 м/с	Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180, зав. № 33, в состав которого входят: • плоскопараллельные меры толщины, сталь 40Х13 - 19 шт.; • плоскопараллельные меры толщины, дюралюминий Д16 – 9 шт.;	3.1.ZAY.1502.2021	36	ПрС- 3.1.ZAY.1502.2021	ФБУ «Краснодарский ЦСМ», ИНН 2309000994

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• плоскопараллельные меры толщины, латунь Л63 – 7 шт.; • меры толщины криволинейные, сталь 40Х13 – 9 шт.; • меры толщины шероховатые, сталь 40Х13 – 12 шт.				
--	--	--	--	--	--	--