

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «13» октября 2021 г. № 2279.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,0179 до 0,4189м ³ /ч	• Установка для тарировки, РМ, РМФ, зав. № 9; • Ротаметр, РМ-0,4 ЖУЗ, зав. № 005; • Ротаметр, РМ-0,25 ЖУЗ, зав. № 5; • Ротаметр, РМ-0,16 ЖУЗ, зав. № 22; • Ротаметр РМ-0,1 ЖУЗ, зав. № 007; • Ротаметр, РМФ-0,4 ЖУЗ, зав. № 16; • Ротаметр, РМФ-0,25 ЖУЗ, зав. № 7; • Ротаметр, РМФ-0,16 ЖУЗ, зав. № 3; • Ротаметр, РМФ-0,1 ЖУЗ, зав. № 6А	3.7.АГЦ.0005.2021	12	ПрС- 3.7.АГЦ.0005.2021	АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», ИНН 5243001742

¹ МАИ – межаттестационный интервал