

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «13» октября 2021 г. № 2281.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 10м ³ /ч, объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 0,03м ³ /ч.	• Стенд поверочный, СП-12/32-15, зав. № 9; • Весы электронные, К, зав. № 2131059	3.7.АГЩ.0003.2021	12	ПрС- 3.7.АГЩ.0003.2021	АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», ИНН 5243001742

¹ МАИ – межаттестационный интервал