

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «13» октября 2021 г. № 2286.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 2,5м ³ /ч, объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,12м ³ /ч	• Стенд поверочный, 31-ТПР/704, зав. № 7; • Весы электронные специального назначения, ВСН-30/1-3, зав. № 0312	3.7.АГЦ.0007.2021	12	ПрС- 3.7.АГЦ.0007.2021	АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», ИНН 5243001742

¹ МАИ – межаттестационный интервал