

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «14» октября 2021 г. № 2290.

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда в диапазоне от 5800 до 6800 м/с на частоте 5 МГц и единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 49,7 до 50,3 мм	Мера глубины плоская, МГП (ГСО-2), зав. № 131	3.1.ЗБЧ.1311.2021	36	ПрС- 3.1.ЗБЧ.1311.2021	ФБУ «Кузбасский ЦСМ», ИНН 4207007095

¹ МАИ – межаттестационный интервал