

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» октября 2021 г. № 2325

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений 0,001 до 250 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 250 м ³ /ч	Установка поверочная ПС 100, зав. № 001 включающая: • расходомер электромагнитный SITRANS FM MAG 1100, DN6, зав. № 590612H070; • расходомер электромагнитный SITRANS FM MAG 5100 W, DN25, зав. № 393402H070; • расходомер электромагнитный SITRANS FM MAG 5100 W, DN100, зав. № 393302H070	3.7. АЕУ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЕТ.0001.2021	ООО «Солид ДВ», ИНН 2543083268

¹ МАИ – межаттестационный интервал