

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» октября 2021 г. № 2337

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 1,5 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 200 т/ч (м³/ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 200 м³, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 200 м³/ч	Установка поверочная автоматизированная УПСЖМ 200 (заводской № 111), включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных Single Point, модификации 1042, НПВ 40 кг, зав. № 29151652/29073183/29073191; • весовое устройство на базе датчиков	3.7.ГГГ.0006.2021	12	ПрС- 3.7.ГГГ.0006.2021	Филиал «Макрорегион Урал» ООО ИК «СИБИНТЕК», ИНН 7708119944

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		весоизмерительных тензорезисторных Single Beam, модификации 3510, НПВ 1500 кг, зав. № 79224520/79224513/79224479; • расходомер-счетчик электромагнитный Magflo, MAG 1100 /MAG6000, DN10, зав. № 40504T 331; • расходомер электромагнитный Promag, DN25, зав. № M7078C19000; • расходомер-счетчик электромагнитный Magflo, MAG 3100/ MAG6000, DN100, зав. № 495125T101/083F5007				
--	--	---	--	--	--	--