

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» октября 2021 г. № 2338

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,005 до 1,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,04 до 100 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная ВПУ- Энерго-0100-ВУ-ОР зав. № 0080.18.01, включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, НПВ 15 кг, зав. № 080.12.18.01; • весовое устройство ВУ-1,5Т, НПВ 1200 кг, зав. № 080.22.18.01	2.7.АЕЧ.0001.2021	12	ПрС- 2.7.АЕЧ.0001.2021	ООО «КИНЕФ», ИНН 4708007089

¹ МАИ – межаттестационный интервал