

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» октября 2021 г. № 2339

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 250 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 250 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная автоматизированная «METROFlow-250», зав. № 1 включающая: • счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО-Фломак, DN10, зав. № 0707; • счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО-Фломак, DN32, зав. № 0671; • расходомер электромагнитный Promag 400, DN100, зав. № N91CF19000	3.7.АУФ.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АУФ.0002.2021	ООО «ЭлМетро Групп», ИНН 7448092141

¹ МАИ – межаттестационный интервал