

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» октября 2021 г. № 2341

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,005 до 10,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 1000 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная с весовыми устройствами Калибр-ВУ, зав. № 01 включающая: • весовое устройство на базе датчика весоизмерительного тензорезисторного PW2CC6-MR, НПВ 32 кг, зав. № 03915190; • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных	2.7.АЕЦ.0001.2021	12	ПрС- 2.7.АЕЦ.0001.2021	ООО «Метрология и Автоматизация», ИНН 6330013048

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		HLCB 1C6, НПВ 150 кг, зав. № 31486929/31486946/31484 872/3148693702; • весовое устройство на базе датчиков для измерения силы C2 ASC45NS6, НПВ 10 200 кг, зав. № 014761/014767/014764; • автоматизированный программный комплекс «Метроном»				
--	--	---	--	--	--	--