

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «21» октября 2021 г. № 2343

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,005 до 2,7 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,1 до 250 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная автоматизированная «METROFlow-250», зав. № 1 включающая: • весы платформенные РВК987-В60, НПВ 25 кг, зав. № В815680236; • весы платформенные РВК987-СС300, НПВ 270 кг, зав. № В815680237; • весы платформенные РФК988-ЕС3000, НПВ 2700 кг, зав. № В736631210	3.7.АУФ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АУФ.0001.2021	ООО «ЭлМетро Групп», ИНН 7448092141

¹ МАИ – межаттестационный интервал