

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» октября 2021 г. № 2355

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный (рабочий) эталон единицы электрического сопротивления постоянного тока в диапазоне значений от 1 мОм до 100 МОм	• Катушка электрического сопротивления измерительные, Р321, зав. № 221801; • Катушка электрического сопротивления измерительные, Р321, зав. № 221982; • Катушка электрического сопротивления измерительные, Р321,	2.7.АЕЭ.0001.2021	12	ПрС- 2.7.АЕЭ.0001.2021	АО «НИИЭМП», ИНН 5834054179

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		зав. № 221692; • Компаратор сопротивлений, Р3015, зав. № 046; • Установка мостовая, УМИС-2М, зав. № 277; • Мера электрического сопротивления переходная, МС3018, зав. № 011; • Мера электрического сопротивления переходная, ПМС-7, зав. № 01; • Мера электрического сопротивления переходная, Р4080, зав. № 136; • Мера электрического сопротивления переходная, Р4082, зав. № 24901				
--	--	---	--	--	--	--