

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» октября 2021 г. № 2357

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 2 разряда в диапазоне значений от 2500 до 7000 м/с на частотах 1,25; 2,5; 5; 10 МГц	Установка измерения скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах, ИВА- 285, зав. № 10	3.1.ZBP.1138.2021	36	ПрС- 3.1.ZBP.1138.2021	ФБУ «Ростовский ЦСМ», 6163000840

¹ МАИ – межаттестационный интервал