

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «25» октября 2021 г. № 2365

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 240 м ³	Установка поверочная УПР 240, зав. № 002 включающая: • счетчик-расходомер электромагнитный ADMAG AXF010G/AXFA11G, DN10, зав. № S5V208016/S5V208016; • счетчик-расходомер электромагнитный ADMAG AXF025G/AXFA11G, DN25, зав. № S5V209482/S5V208024, • счетчик-расходомер электромагнитный ADMAG AXF100G/AXFA11G, DN100, зав. № S5J203352/S5J106209	3.7.АЕЩ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЕЩ.0001.2021	ООО НПП «Региональный сервисный центр», ИНН 6623018543

¹ МАИ – межаттестационный интервал