

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» октября 2021 г. № 2369

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы индуктивности 2 разряда номинальных значений 200 мкГн, 2 мГн, 20 мГн, 200 мГн	• Мера индуктивности, P596, 200 мкГн, зав. № 1116; • Мера индуктивности, P596, 2 мГн, зав. № 880; • Мера индуктивности, P596, 20 мГн, зав. № 940; • Мера индуктивности, P596, 200 мГн, зав. № 1284	3.7.АБЯ.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АБЯ.0002.2021	АО «Уральский электромеханический завод», ИНН 6670480610

¹ МАИ – межаттестационный интервал