

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» октября 2021 г. № 2373

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 1,0 до 7,6 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 50 до 100 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная стационарная УПТПУ, зав. № 01 включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных НЛС, НПВ 7600 кг, зав. №№ 30884026, 30884040, 30884041, 30884051, 30884052, 30884056, 30884091, 30884093, 30884096; • преобразователь расхода «ТИРЭС», DN50, зав. № 3054; • преобразователь расхода «ТИРЭС», DN80, зав. № 3055	3.7.АЕЮ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЕЮ.0001.2021	ООО «РН- Юганскнефтегаз», ИНН 8604035473

¹ МАИ – межаттестационный интервал