

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «26» октября 2021 г. № 2374

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,002 до 4,5 т (м ³), единиц массового и объемного расхода жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 600 т/ч (м ³ /ч)	- Установка поверочная Эрмитаж-А-ВУ-С-ОР-600-0600-025-В-П-0-0, зав. № 05.20.150; - Эталон сравнения, зав. № 002	2.1.ZBT.1502.2021	12	ПрС- 2.1.ZBT.1502.2021	ФБУ «Рязанский ЦСМ», ИНН 6230004748

¹ МАИ – межаттестационный интервал