

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «27» октября 2021 г. № 2398

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,08 до 130 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,8 до 130 м ³ /ч	Установка поверочная РУ- 200 зав. № 002, включающая: • датчик расхода жидкости индукционный ДРЖИ-25, зав. № 0447; • датчик расхода жидкости индукционный ДРЖИ-50МП, зав. № 1858; • датчик расхода жидкости индукционный ДРЖИ-100МП, зав. № 014.	3.7.АЖГ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АЖГ.0001.2021	ООО «Синтегма», 8603140274

¹ МАИ – межаттестационный интервал