

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «27» октября 2021 г. № 2399

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона единицы<br>величины и его обязательные и<br>метрологические требования<br>(характеристики)                    | Состав эталона                                              | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-держателя<br>эталона, ИНН) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                                                       | 5                            | 6                                     | 7                                                                                                                       |
| 1        | Государственный рабочий эталон 2<br>разряда единицы эффективного<br>показателя преломления в диапазоне<br>значений от 1,47 до 1,74 | Набор мер показателей<br>преломления ОНМПП-<br>2, зав. № 05 | 3.1.ZBP.1144.2021                                       | 60                           | ПрС-<br>3.1.ZBP.1144.2021             | ФБУ «Ростовский ЦСМ»,<br>6163000840                                                                                     |

---

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал