

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «28» октября 2021 г. № 2415

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный вторичный эталон единицы плотности в диапазоне значений от 650 до 2000 кг/м ³	• Установка поверки ареометров УПА-01, зав. № 008; • Эталонная мера плотности жидкости ЭМПЖ, зав. № 1712- 08; • Эталонная мера плотности жидкости ЭМПЖ, зав. № 1712- 10; • Эталонная мера плотности, зав. № 180803;	2.1.ZHH.1202.2021	12	ПрС- 2.1.ZHH.1202.2021	ФБУ «Новосибирский ЦСМ», ИНН 5407108720

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• Весы неавтоматического действия ХРЕ205, зав. № В951810010; • Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-10- 2, зав. № 1718; • Термометр цифровой эталонный ТЦЭ- 005/М2, зав. № 221- 0252; • Набор гирь от 1 мг до 100 г Е₂ ГОСТ OIML R 111-1-2009, зав. № 37225720; Вспомогательное техническое средство: • Термостат жидкостный УПАТерм, зав. № 008.				
--	--	--	--	--	--	--